

磐安县人民医院 - 问题

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
887	错误	已解决	普通	3、质控小结单只同步上方表头，气管拔管后添加喉罩拔出。	王静 王	2024-05-24 18:01
886	错误	新建	普通	2、麻醉记录单血型同步问题	王静 王	2024-05-24 18:01
885	错误	已解决	普通	1、气管拔管有这个框显示但保存后没用也无法显示	王静 王	2024-05-24 18:00
883	错误	已解决	普通	2、第二页用药不能显示流速	王静 王	2024-05-24 17:59
882	功能	已解决	普通	1、体位 改回下拉选择，并添加多选	王静 王	2024-05-24 17:58
879	错误	已解决	普通	质控调整	靳乐 靳	2024-05-24 18:11
875	功能	已解决	普通	1、麻醉术后观察记录单打印页面去掉多余横线	王静 王	2024-05-24 17:53
865	错误	已解决	普通	科室录入错误，修改这个患者的科室信息	树斌 韦	2024-05-24 17:28
854	错误	已解决	普通	1、麻醉术后观察记录单打印页面去掉多余横线	王静 王	2024-05-20 17:23
845	错误	新建	普通	磐安质控等级问题	靳乐 靳	2024-05-08 15:59
841	功能	新建	普通	质控添加一个拔管总数，=气管插管数+喉罩拔除数 一个患者最多算一例	靳乐 靳	2024-05-07 10:55
800	错误	已解决	普通	给药目的可以手写	磊 贺	2024-04-26 17:45
799	错误	已解决	普通	磐安大屏展示两个大屏切换	磊 贺	2024-04-26 17:44
785	错误	新建	普通	磐安质控 麻醉asa评级 5 6级是同一个人需查明原因修改	靳乐 靳	2024-04-17 09:13
784	功能	新建	普通	用药里的给药目的添加自定义功能 生命体征里的ecg也添加自定义功能	刘 宗硕	2024-04-17 09:12
725	功能	新建	普通	将所有单据表头 标题大小改成一致 除了麻醉弹以外	磊 贺	2024-03-27 16:11
714	功能	新建	普通	麻醉单页面优化，去除下面的横线 麻醉单加入一个异常按钮，点击后此麻醉单不再限制打印 复合用药选择浓度时，在下方填入总剂量，即可显示为1%利多卡因+2%氯化钠 100ml这种格式类型 手术护理单中的压力性损伤评分双击弹出评分表，评分后将最终分数呈现。	磊 贺	2024-03-20 08:14
707	错误	已解决	普通	术后访视单排版错乱	磊 贺	2024-03-18 12:53
706	错误	已解决	普通	红细胞通过用血统计上了，但是打印页面没统计上	磊 贺	2024-04-26 17:43
705	错误	新建	普通	术后访视单总结页面bug	磊 贺	2024-03-12 15:48
704	错误	新建	普通	3月11号4号手术间患者用药 关键时间显示bug	磊 贺	2024-03-12 15:47
696	功能	已解决	普通	对接院感系统需提供2个视图	靳乐 靳	2024-03-18 12:52