

潍坊妇幼保健院-手麻系统 - 问题

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
270	支持	已解决	普通	普鲁卡因单位的不合适	崔显昭 崔	2023-05-30 09:33
47	支持	已解决	普通	1、排查大屏不展示12手术间问题，原因是设置里未开启 2、排查麻醉记录打印样式问题	王静 王	2023-03-31 09:53
36	支持	已解决	普通	麻醉指控修改需求（详情看附页5）	崔显昭 崔	2023-04-07 16:39